



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0233/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyty RESINLINE (okładzina chemoodporna)**

Zawierający / containing: żywicę poliestrową wzmocnioną włóknem szklanym

Przeznaczony do / destined: wykładania pomieszczeń laboratoryjnych w miejscach narażenia na bezpośredni kontakt z odczynnikami chemicznymi oraz do zabudowy wewnętrznej dygestoriów, szaf, kabin do przechowywania odczynników chemicznych itp..

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób musi być zabezpieczony przed uwalnianiem się włókien szklanych do powietrza pomieszczeń.

Atest nie obejmuje oceny walorów użytkowych i parametrów technicznych produktu.

Wytwórca / producer:

DURCON INCORPORATED
8464 Rhonda Drive DR.
Canton, Michigan 48487, USA



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DURCON COMPANY OF POLAND Sp z o.o.
87-100 Toruń
ul. Ceglana 10

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-04-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 kwietnia 2013

The date of issue of the certificate: 18th April 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady